



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(ЦМТУ Росстандарта)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ (ИНСПЕКЦИЯ) ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦМТУ Росстандарта, 109074, Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, тел.: (495) 660-60-55, факс: (499) 270-14-91
300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 91, тел./факс: (4872) 25-08-71/(4872) 25-08-67

адрес территориального отдела (инспекции) ЦМТУ Росстандарта, телефон, факс

Наименование проверяемого лица: муниципальное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад № 20 (МДОУ Центр развития ребенка - Д/С № 20)
(организационно-правовая форма, наименование юридического лица);

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

место нахождения и место фактического осуществления деятельности - Тульская обл.,
г. Узловая, ул. Беклимищева, д. 26

место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя,
место фактического осуществления ими деятельности

Руководителю, индивидуальному предпринимателю:

муниципального дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка –
Детского сада № 20 (МДОУ Центр развития ребенка - Д/С № 20)

наименование юридического лица

Головиной Татьяне Валерьевне

фамилия, имя, отчество руководителя или индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ

от «15» ноября 2017 г.
№ 1455/215

Выдано на основании акта проверки
от «15» ноября 2017 г. № 1455/215

При осуществлении федерального государственного метрологического надзора за соблюдением обязательных требований в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений установлено:

при осуществлении торговли, выполнении работ по расфасовке товаров, при учете количества энергетических ресурсов, при осуществлении деятельности в области здравоохранения

(указать сферу государственного регулирования в соответствии с ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений»,

нарушение законодательства об обеспечении единства измерений в части применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку в количестве 6 ед.: весы настольные циферблатные ВНЦ № 24362 в кол-ве 1 ед., ростомер РП № 00470 в кол-ве 1 ед., трансформатор тока Т-0,66 МУЗ № 020964, № 737163, № 020963 в кол-ве 3 ед., расходомер электромагнитный Питерфлоу РС № 025577 в кол-ве 1 ед., что является нарушением ч.1 ст. 5, ч. 1 ст. 9, ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

факты нарушений и наименование законодательного акта, нормативного правового документа по обеспечению единства измерений, требования которых нарушены (выполнение измерений без применения аттестованных методик (методов) измерений, с несоблюдением требований аттестованных методик (методов) измерений, применение стандартных образцов (СО) неутвержденного типа, средств измерений неутвержденного типа и (или) не прошедших поверку, несоблюдение обязательных метрологических требований к измерениям, эталонам единиц величин, СО, средствам измерений и обязательных требований к условиям их эксплуатации

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» **указанные нарушения в срок до «15» декабря 2017 г. ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ** применение средств измерений, не прошедших в установленном порядке поверку

перечень устраняемых нарушений

На основании части 4 статьи 17 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» **применение** средств измерений: весы настольные циферблатные ВНЦ № 24362 в кол-ве 1 ед.,

выпуск и/или применение, ввоз, продажа

тип, номер средств измерений

ростомер РП № 00470 в кол-ве 1 ед., трансформаторы тока Т-0,66 МУЗ № 020964, № 737163, № 020963 в кол-ве 3 ед., расходомер электромагнитный Питерфлоу РС № 025577 в кол-ве 1 ед.

с «15» ноября 2017 г. **ПРЕДПИСЫВАЮ ЗАПРЕТИТЬ** до устранения выявленных нарушений.

В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок предписания влечет наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

О выполнении настоящего предписания **прошу уведомить до «22» декабря 2017 г.**

Старший государственный инспектор
территориального отдела (инспекции)
по Тульской области ЦМТУ Росстандарта

(должность лица, осуществляющего
государственный контроль (надзор))


(подпись)

Томазова Л. М.
(фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен(а) и один экземпляр получил(а) « 15 » ноября 20 17 г.

Заведующий МДОУ
Центр развития ребенка - Д/С № 20

(должность)


(подпись)

Головина Т.В.
(фамилия, инициалы)

